

Szp.12/9/2/2020

**Informacja dla uczestników postępowania  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  
pn. „Dostawa materiałów szewnych”**

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwana dalej Zamawiającym, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, skierowane do Zamawiającego we wnioskach złożonym w dniu 29 kwietnia 2020 r.

**Wniosek nr 1:**

**Pakiet 1.**

**Pytanie nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie opisu:

Opis: Szwy z Poliglaktyny 910 (polimer kwasu glikolowego i mlekowego, połączonych w proporcjach 9:1) pokryte...

Poz. 1-9: Podtrzymywanie tkankowe: do 35 dni. Profil podtrzymywania tkankowego: 75% po 14 dniach ...

Poz. 9-13: Powłoka antybakteryjna. Podtrzymywanie tkankowe: do 35 dni. Profil podtrzymywania tkankowego: ...

Poz. 14-18: Podtrzymywanie tkankowe: od 10 do 14 dni. Profil podtrzymywania tkankowego: 50% po 5 ...

czy powinno być:

Poz. 1-8...

Poz. 9-13...

lub

Poz. 1-9...

Poz. 10-13...

**Odpowiedź:**

Powinno być: Poz. 1-8..., 9-13....

**Pytanie nr 2.**

Pakiet 1, poz.15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nici o długości 75cm przy zachowaniu pozostałych parametrów bez zmian?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza nici o długości 75 cm, w zakresie Części 1 poz. 15, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań określonych przez Zamawiającego w Załączniku nr 2 do SIWZ.

## **Wniosek nr 2**

### **Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 1 w pozycjach 9-13 dopuści brak powłoki antybakteryjnej? Jeśli nie, to czy Zamawiający wydzieli pozycje 9-13 z pakietu nr 1. Pozostałe parametry bez zmian. Tylko odpowiedzi pozytywne pozwolą złożyć Państwu konkurencyjną ofertę pod względem jakościowym i cenowym. Obecny opis umożliwia złożenie oferty tylko i wyłącznie jednemu producentowi lub jego dystrybutorowi – firmie Johnson&Johnson.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymujemy zapisy SIWZ, w tym zakresie i nie wydziela pozycje 9-13 z pakietu nr 1.

### **Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w pozycjach 9-15 dopuści profil podtrzymywania tkankowego: 75% po 14 dniach, 65%-70% po 28 dniach, 55%-60% po 42 dniach, okres wchłaniania: 182-238 dni? Pozostałe parametry bez zmian.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymujemy zapisy SIWZ, w tym zakresie.

### **Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuści szew wchłaniający, syntetyczny, złożony z mieszaniny kwasu poliglikolowego i polimlekowego (poliglaktyna 910), pleciony, powlekany mieszaniną kwasu polimlekowego i poliglikolowego (poliglaktyna 370) oraz stearynianu wapnia w stosunku 50/50. Zdolność podtrzymywania tkankowego po 7 dniach 92%, po 14 dniach 75%, po 21 dniach 50%, po 28 dniach 25%. Czas całkowitej absorpcji 56-70 dni?

### **Odpowiedź:**

Zamawiający podtrzymujemy zapisy SIWZ, w tym zakresie.

## **Zmiana treści SIWZ**

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy, dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następującym zakresie:

- w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie Części 1 poz. 15 – długość nici zmienia się na: 70-75 cm;
- w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie Części 1 wszędzie tam gdzie była długość 70cm, zmienia się na: 70-75 cm
- w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie Części 1 dodaje się pozycję nr 19, 20 i 21 w brzmieniu jak poniżej

19	3/0	3/8 koła, igła okrągła 24 mm	45 cm	12	1
20	2/0	igła okrągła ½ koła 27 mm	15 cm	12	1
21	2/0	igła okrągła ½ koła 27 mm	23 cm	12	1

- w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ) w zakresie Części 5 dodaje się pozycję nr 2 i 3 w brzmieniu jak poniżej



**Szpital w Puszczykowie im. Prof. S. T. Dąbrowskiego S.A.**

62-041 Puszczykowo, ul. Kraszewskiego 11  
 telefon: 61- 89-84-000, fax: 61- 81-33-262  
 Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy,  
 KRS : 0000536731  
 NIP : 777-27-54-458, REGON: 634552438

[www.szpitalwpuszczykowie.com.pl](http://www.szpitalwpuszczykowie.com.pl)

5	Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 21mm, 25mm, 28mm, 31mm, 33mm zakrzywiony, wersja standardowa o dł. 22cm, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas usuwania staplera przez nowo utworzone zespolenie, zszywki tytanowe obustronnie spłaszczone na całej długości drutu, zszywka przeznaczona do tkanki grubej o wysokości 4,8mm przed zamknięciem i 2,0mm po zamknięciu.	3	1 komplet
6	Stapler okrężny jednorazowy o średnicy 28mm i 31mm, zakrzywiony, z łamanym kowadełkiem po oddaniu strzału dla zwiększonego bezpieczeństwa podczas wyciągania staplera przez nowo utworzone zespolenie, potrójna linia tytanowych zszywek, zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0mm i 4,00-4,5-5,0mm przed zamknięciem.	3	1 komplet

W pozostałym zakresie treść SIWZ nie ulega zmianie.

Załącznik: Formularz asortymentowo-cenowy (zmiana z dnia 08.05.2020 r.).